

Техническая спецификация Автоклав

Описание

Автоклав предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцов и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения.

Технические характеристики:

1. Диапазон рабочих температур: +50...+200 ° С;
2. Предельные отклонения температуры в контрольной точке рабочей камеры от заданной температуры в установившемся режиме, ° С : не более +- 3.
3. Точность поддержания температуры в рабочей камере в установившемся режиме, ° С: не более +-2.
4. Время нагрева до максимальной температуры, мин: не более 45.
5. Время непрерывной работы, ч: не менее 18.
6. Установленная мощность, кВт: не менее 1,8.
7. Электропитание, В/Гц: не менее 220/50.
8. Габаритные размеры, мм: не более 724*534*520.
9. Размеры рабочей камеры, мм: не менее 558*400*400.
10. Объем рабочей камеры, дм: 380.
11. Масса, кг: не более 50.
12. Температура окружающей среды при эксплуатации, ° С: +10...+35.

Средний срок службы, лет: не менее 10.

Оборудование поставляется в комплекте, со дня подписания договора в течение 30 календарных дней. Гарантия 12 месяцев.