

**Экспертное заключение**  
**к тендеру по закупке медицинской техники по оказанию**  
**гарантированного объема бесплатной медицинской помощи**

Заказчики: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница",  
КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница"

*Лот №1 - автомобиль скорой медицинской помощи*

ТОО «Arkau Innovations» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «Алтынмед» - соответствует требованиям технической спецификации.

*Лот №2 - автомобиль скорой медицинской помощи*

ТОО «Arkau Innovations» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «Алтынмед» - соответствует требованиям технической спецификации.

**Член экспертной комиссии:**

Сукончик Галина Павловна,  
заместитель главного врача  
КГП на ПХВ «Павлодарская областная  
станция скорой медицинской помощи»



**Экспертное заключение**  
**к тендеру по запуску медицинской техники по оказанию**  
**гарантированного объема бесплатной медицинской помощи**

Заказчик: КГКП "Майская центральная районная больница"

*Лот №3 - комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа  
позвоночника*

ТОО «Альянс-Фарм» - соответствует требованиям технической спецификации

ТОО «ОСТ-Фарм» - соответствует требованиям технической спецификации

*Лот №4 - реабилитационный тренажер для терапии нижних конечностей*  
ИП Маслова С.Л.- соответствует требованиям технической спецификации

**Член экспертной комиссии:**

Туракбаева Фарида Капаровна,  
главный врач

КГП на ПХВ «Павлодарский городской  
центр реабилитации детей»



**Экспертное заключение**  
**к тендеру по закупке медицинской техники по оказанию**  
**гарантированного объема бесплатной медицинской помощи**

Заказчики: КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №1",  
КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница им. Г. Султанова",  
КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"

*Лот №5 - облучатель фототерапевтический*

ТОО «Стомаркет» - соответствует требованиям технической спецификации

*Лот №6 - стол неонатальный*

ТОО «Стомаркет» - соответствует требованиям технической спецификации

ТОО «Жетысу-Мед» - не соответствует требованиям технической спецификации: отсутствуют тележка, столик с рычагом. Не указано наличие аудио-визуальной системы тревожной сигнализации, которая может указать отклонение температуры кожи младенца от установленного значения.

*Лот №7 - защитный биологический костюм*

ИП Маслова С.Л. - соответствует требованиям технической спецификации

*Лот №8- рабочее место оториноларинголога для проведения  
диагностических и лечебных процедур*

ИП Маслова С.Л. - соответствует требованиям технической спецификации

ТОО "Med Intel Company" - соответствует требованиям технической спецификации

*Лот №9 - комплект приборов для кабинета офтальмолога*

ТОО «Дельрус РК» - соответствует требованиям технической спецификации

ТОО «Мелиор LTD» - соответствует требованиям технической спецификации

*Лот №15 - установка рентгенодиагностической деятельности*

ТОО «Стомед» - соответствует требованиям технической спецификации

**Руководитель экспертной комиссии:**

Абдраманова Света Сагындыковна,  
заведующая консультативно-  
диагностическим отделением  
КГП на ПХВ «Павлодарский областной  
кардиологический центр»



**Экспертное заключение  
к тендеру по закупке медицинской техники по оказанию  
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи**

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"

*Лот №10 - аппарат ультразвуковой*  
ТОО "Med Intel Company" - соответствует требованиям технической спецификации.

**Член экспертной комиссии:**  
Бейсетаева Жанна Рыспековна,  
врач УЗИ КГП на ПХВ «Павлодарский  
областной кардиологический центр»



**Экспертное заключение  
к тендеру по закупке медицинской техники по оказанию гарантированного  
объема бесплатной медицинской помощи**

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"

*Лот №7 - защитный биологический костюм*

ИП Маслова С.Л.- соответствует требованиям технической спецификации.

*Лот №11 - бронхофиброскоп*

ТОО «L-Group» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «United Medical» - соответствует требованиям технической спецификации.

*Лот №12 - видеоколоноскоп*

ТОО «L-Group» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «United Medical» - соответствует требованиям технической спецификации.

*Лот №13 - видеогастроскоп*

ТОО «L-Group» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «United Medical» - соответствует требованиям технической спецификации.

*Лот №14 - видеоэндоскопическая система в  
комплекте*

ТОО «L-Group» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «United Medical» - соответствует требованиям технической спецификации.

*Лот №16 - автоматическая моечная машина для эндоскопов*

ТОО «L-Group» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «United Medical» - соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО «Glebus-medical» - не соответствует требованиям технической спецификации в связи с конкретными унифицированными требованиями к дезинфектанту, т.к. применение растворов, отличающихся от «CIDEX OPA», может привести к аннулированию гарантийного обслуживания системы.

ТОО "Med Intel Company" - не соответствует требованиям технической спецификации, т.к. нет режима стерилизации, габаритные данные превышают заявленные

**Член экспертной комиссии:**

Тергеусизов Серик Майканович,  
врач-эндоскопист  
КГП на ПХВ «Павлодарская областная  
больница им.Г.Султанова»

