

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование

Описание

Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника

Предназначен для использования в медицинских и санаторно-курортных учреждениях для проведения горизонтального подводного вытяжения шейного и поясничного отделов позвоночника, гидромассажа, хромотерапия, а также для любых бальнеологических процедур с применением лобавок. Восстановительная и спортивная медицина

Технические характеристики:

- Материал ванны- специальный стеклопластик на основе полиэфирной смолы, М 105 ГВ высокой прочности и жесткости, устойчивый к агрессивным средам, УФ.
- Материал ложа- поликарбонат
- Цвет ванны- По палитре RAL 9016
- Термометр- расположена на панели управления
- Пульт управления- встроенный жидкокристаллический
- Аварийная кнопка- выносная пневматическая
- Слив воды- кран шаровый ПВХ Ду-50
- Непосредственный слив- через канализационную трубу D50
- Общий объем (до максимального уровня), не менее 750 литров
- Полезный объем (до минимального уровня), не менее 450 литров
- Подключение к горячей и холодной воде - гибкая подводка 1/2"
- Температура заливаемой воды, не более 50°C
- Время наполнения ванны, не более 20 мин
- Время слива ванны, не более 5 мин
- Напряжение не более 220±10% В, 50 Гц
- Потребляемая мощность, не более 2кВт без ПДМ;
- *Не более 3.5 кВт с ПДМ (при одновременном включении).
- Скорость подъема ложа под нагрузкой 150 кг , не менее 8 — 10 мм/с

- Вытяжение, регулируемое дискретно:
 - для шейного отдела от 2 до 15 кгс
 - для поясничного отдела от 2 до 60 кгс

- Режим работы узла вытяжения - автоматический постоянный и автоматический переменный
- Рабочая зона гидромассажа, не более 16 форсунок в 2 ряда, 600 мм
- Режим работы гидромассажа - ручной
- Подводный душ массаж*: Ручной, изменение давления плавное до 4,4 бар
- Количество насадок массажа, не менее 4шт
- Наличие термоманометра
- Степень защиты - IP 66
- 5 уровней блокировок:
 - Электронная защита по превышению нагрузки на вытяжении шейного отдела.
 - Электронная защита по превышению нагрузки на вытяжении поясничного отдела.
 - Пневматический аварийный выключатель.
 - Защита от опрокидывания ложа.
 - Защита от сухого включения насоса гидромассажа.
- Потенциальный риск применения-класс 2а в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 51609
- Вид климатического исполнения- УХЛ категории 4.2 по ГОСТ Р 50444
- По воспринимаемым механическим воздействиям- Группа по ГОСТ Р 50444
- По последствиям отказа- Класс В по ГОСТ Р 50444
- Монтаж электрической части Ванны-Соответствует ГОСТ Р 50267.0 и РДТ 25 106
- По электромагнитной совместимости Соответствует ГОСТ Р 50267.0.2
- По безопасности- Соответствует ГОСТ Р 50267.0
- В части электробезопасности Класс 1с рабочей частью типа В
- Уровень шума, не более 75 ДБ/А
- Масса, не более 250 кг
- Габаритные размеры (Д x Ш x В), не менее 2600x1100x1200, мм
 - Высота от пола до кромки(борттика), не менее 960мм
 - Максимальный вес пациента, не более 150 кг

	<p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ванна оснащённая – 1 шт. <p>-ПОДВОДНЫМ ВЫТЯЖЕНИЕМ ПОЗВОНОЧНИКА;</p> <p>-ГИДРОМАССАЖОМ</p> <p>-ВСТРОЕННЫМ ПОДЪЁМНИКОМ ЛОЖА ПАЦИЕНТА</p> <p>-ПОДВОДНЫМ ДУШ-МАССАЖЕМ*.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каталка-1 шт • Перекладина съёмная (поперечина кушетки) -2 шт. • Ступенька (подставка) - 1 шт. • Принадлежности для фиксации при вытяжении – 1 комп.: <ul style="list-style-type: none"> • Трос ВШ- 1 шт. • Пояс грудной малый- 1 шт. • Пояс грудной большой- 1 шт. • Пояс тазовый малый – 1 шт. • Пояс тазовый большой- 1 шт. • Петля Глиссона- 1 шт. • Карабин 5х50 нерж.-2 шт. • Ремешок с пряжкой АРКИ- 4 шт. • Полголовник – 1 шт. • Ролики транспортировочные – 4 шт. • Ключ для натяжения тросов - 1 шт. <p>Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, модель 2016 года.</p> <p>Обязательное наличие (прелоставить подтверждающие документы в тендерной заявке):</p> <p>Инструкция пользователя на русском и казахском языке</p> <p>Обучение персонала на рабочем месте не менее 6 часов.</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.</p>
--	--

	<p>Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК.</p> <p>Наличие авторизованной сервисной службы по данному оборудованию на территории РК</p> <p>Сервисное обслуживание не менее 12 месяцев.</p> <p>Потенциальный поставщик медицинской техники должен иметь статус производителя либо официального дистрибутора, либо официального представителя производителя, имеющего договор и иные документы, подтверждающие его право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники</p> <p>Гарантия на оборудование: 2 года на основной прибор, 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, установка, обучение на рабочем месте. Срок поставки: 30 календарных дней.</p>
--	---



КГКП «Майская ЦРБ»

Главный врач

Казбеков Б.К.

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктер

Атауы	Сипаттамасы
Омыртка га арналған су астында созу және сумен укалау кешени	<p>Мойын мен бел омырткасына көлденен су астында созу және сумен укалау, хромотерапия жасау, сонымен курорттық мекемелерде көлдануға арналған. Қайта калпына келтіру және спорттық медицина.</p> <p>Техникалық сипаттамасы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ваннаның материалы – полиэфирлы шайыр негізіндегішынъпластик, жоғары мықтылық пен каттылық, агресивтік орталады тұрактылық М 105 ТВ, УФ. • Ложа материалы – поликарбонат • Ваннаның гүсі – палитра бойынша RAL 9016 • Термометр –баскару үстелінде орналаскан • Баскару құрылғысы – сұйық кристалды орнатылған • Апараттық түйме – сыртқы пневматикалық • Су ағызы – жұмыр кран ПВХ Ду-50 • Тікелей су ағызы – канализациялық күбыр арқылы D50 • Жалпы көлемі (максималды деңгейге дейін), 750 литрдан кем емес • Пайдалы мелшер (минималды деңгейге дейін), 450 литрдан кем емес • Істияқ және сұйық суға косылу – 1/2 икемді жеткізу • Күйлілатын су температурасы, 50° C • Ваннаны толтыру уақыты, 20 мин көп емес • Ванның сұйын ағызы, 5 мин көп емес • Кернеу 220±10% В, 50Гц көп емес • Тұтыну күаты, ПДМ-сыз 2кВт көп емес <p>*ПДМ-мен3кВт көп емес (бір уақытта косканда)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150кг жүктөу астындағы ложаны көтеру жылдамдығы, 8-10мм/с кем емес • <u>Дискретті реттеу</u> • □ Мойын беліміне 2 ден 15-ке дейін ктс • □ Бел беліміне 2 ден 60-ка дейін ктс

	<ul style="list-style-type: none"> • Түйінді созудын жұмыс тәртібі – автоматтық тұракты және автоматтық ауыспалы • Сүмен укалаудын жұмыс аймығы – қолмен • Суасты душты укалау*: колмен, 4,4 бар-ге дейін қысымның бірқалыпты өзгеруі • Укаладың кондырылар саны, 4 данадан кем емес • Термоманометрдің болуы • Корғаныс дәрежесі – IP 66 • 5 оқшаулау деңгейлері: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Мойын белімін созудағы артық салмак түсірге электрондық корғаныс ◦ Бел белімін созудағы артық салмак түсірге электрондық корғаныс ◦ Пневматикалық апараттық айырғыш ◦ Ложаны аударудын корғанысы ◦ Сүмен укалау насосына күрғатып косу корғаныс
	<ul style="list-style-type: none"> • Потенциалды каяупте колдану – МЕМСТ Р 51609 талабына сәйкес 2а класс • Климаттық орындаудын түрі - МЕМСТ Р 50444 талабына бойынша УХЛ 4.2 категориясы • Механикалық асермен кабылдау - МЕМСТ Р 50444 талабына бойынша В класс • Ваннаның электрлік белгінің монтажы - МЕМСТ Р 50267.0 талабына сәйкес және РДТ 25 106 • Электромагниттік үйлесімділік бойынша - МЕМСТ Р 50267.0.2 талабына сәйкес • Кауіпсіздік бойынша - МЕМСТ Р 50267.0 талабына сәйкес • Электро кауіпсіздік белімінде – жұмыс белімінің В түрінің 1с классы • Шу денгейі, 75 ДБ/А көп емес • Салмак, 250кг көп емес • Ауқымды өлшемдер (Д x Ш x В), 2600*1100*1200, мм кем емес • Жерден пол бүйіріне дейінгі биіктік , 960 мм кем емес • Пациенттің максималды салмағы, 150кг көп емес
	<p>Жеткізілмекшени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ванна – 1 дана <ul style="list-style-type: none"> - Бел омыртқасын су астында созу; - Су асты укалау - Пациент ложасына орнатылған көтергіш

- Суасты дүштү укалау*
- Коларба – 1 дана
- Алматы мандайша – 2 дана
- Саты (тіреуіш) - 1 дана
- Соғанда бекітуге арналған жабдықтар – 1 комп.:
 - Трос ВШ – 1 дана
 - Шағын кеуде белбеуі – 1 дана
 - Улкен кеуде белбеуі – 1 дана
 - Шағын жамбас белбеуі – 1 дана
 - Улкен жамбас белбеуі – 1 дана
 - Глиссон ілмегі – 1 дана
 - Карабин 5x50 нерж – 2 дана
 - APR1 иірілген бау – 4 дана
 - Бас тірепіш –дана
 - Тасымалы ролик – 4 дана
 - Тросты керууге арналған кілт – 1 дана
- Жабдықтардың барлығы жана , колданылмаған және 2016 модельді болу керек.

Міндетті түрде болу (тендерлік сұраныска расталған құжаттарды ұсыну)

Пайдаланушының нұсқауы казак және орыс тілдерінде.

Жұмыс орында қызметкерлерді оқыту 6 сағаттан кем емес

Денсаулық сактау министрлігінә және КР әлеуметтік дамудың тіркеу күелігінің болуы.

КР аумақында автограндирыған сервистік қызметтің болуы.

Сервистік қызмет көрсету 12 айдан кем емес.

Жабдықтардың кепілдік мерзімі: негізгі құрал 2 жылға, кабельдер мен сымдар пайдаланғаннан бастап 6 ай. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн.



КМҚҚ «Май АОА» Бас дәрігері

Б.Казбеков